

閱 覧 設 計 書

件 名 上志比デイサービスセンター ストレッチャーバス購入

納 入 箇 所 永平寺町 石上 地係

納 入 期 限 令和6年12月2日

監 督 職 員 福祉保健課 主事 永田 佳




※この地番参考図は、測量図ではないため権利関係の確認等には使用できません。

令和6年6月25日

永平寺町 税務課

上志比デイサービスセンター ストレッチャーバス購入

納入箇所



現場写真（上志比デイサービスセンター ストレッチャーバス購入）



既存のストレッチャーバス



経年劣化でセンサーが故障して昇降器具が稼働しなくなった。



型式(1999年製造)

仕 様 書

1. 件 名 上志比デイサービスセンター ストレッチャーバス購入
2. 納入箇所 永平寺町 石上 地係
3. 納入期限 令和 6年 12 月 2 日(月)
4. 品名・数量
 - ①オージー技研
ウォークスルーオンラインバスジュスト
HK-255S-U2 片袖タイプ 1台
 - ②オージー技研
電動昇降ストレッチャー
RA-255S 片袖タイプ 1台
 - ③オージー技研
担架
RA-355S デラックス型 1台
 - ④搬入設置費 1式
 - ⑤送料 1式
5. その他
 - ①この備品購入は、上志比デイサービスセンター ストレッチャーバス（以下、本物品）を購入するものである。
 - ②本仕様の製品の図面や詳細を示したものを納品時に提出すること。
 - ③納入日、納入箇所については、監督職員と協議すること。
 - ④仕様書に定めのない疑義が生じたときは、監督職員と協議し、その指示によること。
 - ⑤本物品の取り替えおよび設置した日から6年間、通常使用時における材質および製造上の瑕疵に対し、納品受注者が修理もしくは取り替えの保証をするものとする。

購入数量表

1. 件 名：上志比デイサービスセンター ストレッチャーバス購入

2. 納入箇所：品目・数量

納入箇所	品 目	メーカー・規格・品番等	数量	備 考
永平寺町 石上 地係	①ウォークスルー オンラインバスジユスト	型式：オージー技研 製 HK-255S-U2 片袖タイプ 数量：1台	1	
	②電動昇降ストレッチャー	型式：オージー技研 製 RA-255S 片袖タイプ 数量：1台	1	
	③担架	型式：オージー技研 製 RA-355S デラックス型 数量：1台	1	