

様式第9号

## 質問に対する回答書

令和7年10月6日

入札担当 契約管財課長 朝日 清智  
(入札担当者 中野 昇 )

件名及び 納品場所	永平寺町立在宅訪問診療所 超音波診断装置購入 永平寺町在宅訪問診療所
質問事項	回答事項
<p>1. Lenovo 社製タブレット (Lenovo Tab K10) がタブレットメーカーによる製造・販売終了となり、Lumify 画像表示端末としての販売も終了することとなりました。</p> <p>後継のタブレットにつきまして、Samsung 社製 GALAXY TAB A9+という機種が用意されておりますが、ご用意するタブレットをこちらの機種に変更することは可能でしょうか。</p>	<p>1. 後継機種および同等品での入札参加は可能です。なお、物品については、規格・品質・性能は指定品と同等以上であることとし、定価は指定品と概ね同等であるものに限ります。</p>